


## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

**di-Sodu wersenian 0,03 mol/dm<sup>3</sup> - odważka analityczna**  
Analytical weighed amount di-sodium wersenate 0,03 mol/dm<sup>3</sup>

Stężenie roztworu di-sodu wersenianu, po rozcieńczeniu do 1000 ml,  
w 20°C mieści się w granicach normy (0,02994 - 0,03006 mol/dm<sup>3</sup>)



**MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C**

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur