


## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

### **Kwas fluorowodorowy roztwór mianowany 0,1 mol/dm<sup>3</sup>**

Hydrofluoric acid standard solution 0,1 mol/dm<sup>3</sup>

Miano roztworu kwasu fluorowodorowego wynosi 0,1002 mol/dm<sup>3</sup> i mieści się  
w granicach normy (0,0996 - 0,1004 mol/dm<sup>3</sup>)



**MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C**

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: