

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas octowy roztwór mianowany 0,05 mol/dm³
Acetic acid standard solution 0,05 mol/dm³

Miano roztworu kwasu octowego wynosi 0,05003 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,0498 - 0,0502 mol/dm³)



Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: