


ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas octowy roztwór mianowany 0,5 mol/dm³
Acetic acid standard solution 0,5 mol/dm³

Miano roztworu kwasu octowego wynosi 0,5025 mol/dm³ i mieści się
w granicach normy (0,498 - 0,502 mol/dm³)



MIANO ROZTWORU USTALONO W TEMPERATURZE 20°C

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: