FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Kwas siarkowy roztwór mianowany 0,00625 mol/dm^3 (0,0125N)

Sulfuric acid standard solution 0,00625 mol/dm^3 (0,0125N)

Miano roztworu kwasu siarkowego wynosi 0,0,00626 mol/dm^3 i mieści się w granicach normy (0,006225 - 0,006275 mol/dm^3)

CHEMPUR®

MIANO ROTWORU SUTALONO W TEMPERATURZE 20ºC

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: